
ALARAX®

ALÈSE DE RADIOLOGIE AMBULATOIRE

RÉFÉRENCE
SIIM4008S



Le dispositif ALARAX® permet d'effectuer des radios ambulatoires du thorax dans le lit d'un patient intransférable. Cette alèse radiotranspa--rente et amagnétique est placée sur le matelas lors de l'examen.

Elle est ensuite roulée en tête de lit et replacée sous le patient à l'aide des poignées de traction latérales, pour réaliser un nouvel examen. Une ouverture à droite et à gauche de l'alèse permet d'insérer le GLISSK7® avec la cassette radio sous le patient.

ALARAX® facilite la mise en place du GLISSK7® pour des patients intransférables grâce au tissu MULTIGLIDE® à faible coefficient de friction ■

LES + PRODUIT

Radiotransparent et amagnétique.

Dispose de **poignées de traction** pour faciliter la mise en place et l'insertion du GLISSK7®.

Attribué au lit, il permet une mise en œuvre rapide.

Prévention des TMS.

ACCESSOIRE ASSOCIÉ

RÉF : SI21320



GLISSK7® permet de glisser aisément la cassette radio sous le patient.

VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAINE ALTER ECO SANTÉ

YouTube

GARANTIE 2 ans Hors pièces d'usure

DENMARK MADE IN

CE

VOTRE CONSEILLER

ALTER ECO SANTE
7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE
TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65
CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK

ALARAX®

FICHE TECHNIQUE



PRODUIT :	ALARAX ®
DESCRIPTION COURTE :	ALÈSE DE RADIOLOGIE AMBULATOIRE
RÉFÉRENCE :	SIIM4008S
DATE DE MISE À JOUR :	03/07/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	EN COURS D'OBTENTION
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	2
POIDS :	250 G
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	300 KG
FABRICANT :	IMMEDIA
ORIGINE :	DANEMARK

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Dispositif permettant à une tierce personne d'effectuer des radios ambulatoires du thorax dans le lit d'un sujet intransférable. Indiqué pour un usage mono-patient. Avant toute utilisation, vérifier que la partie grise est correctement installée en tête de lit et que les ailettes vertes sont bordées. S'assurer que les sangles sont situées sur la partie supérieure du dispositif. Peut-être laissé de manière permanente dans le lit.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	**Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.** **Après utilisation, ne pas laisser ALARAX ® au sol.**
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS. **Produits interdits :** Solvants, bases acides, eau de javel, assouplissant et produits abrasifs. **Procédé de lavage :** – Lavage en machine à une température maximale de 80 °C. – Lavage à la main, trempage et essuyage. – Séchage en machine à faible température avec programme linge délicat. – Repassage à froid ou à très faible température (- de 100 °C). – Blanchisserie interdite.
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
COMPOSITION :	100% Nylon avec enduction silicone.
CONDITIONNEMENT :	1 sac contenant un dispositif ALARAX ® et sa fiche technique.
DIMENSIONS :	90 x 80 cm. Ouverture : 76 cm.
COULEUR :	Gris et vert.

ALTER ECO SANTE
7 IMPASSE PRADIÉ – ZI LOU VERDAÏ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE – TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65
CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET